

Servizio Approvvigionamenti

pubblico incanto per la fornitura di materiale per sterilizzazione da destinare ai vari Ospedali e Distretti dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

QUESITI PUBBLICATI IN DATA 23 giugno 2010

Quesito 1)

Lotto n. 2 indicatore chimico a migrazione per sterilizzazione a vapore.

Il Capitolato tecnico richiede un integratore a migrazione a DOPPIA FINESTRA di lettura, lotto e data di scadenza stampigliati sul singolo indicatore. Il permanere di tale dicitura e non semplicemente “DOPPIA AREA DI LETTURA” (del tutto equivalente) non solo impedisce la partecipazione dell’azienda al lotto ma determina una inaccettabile alterazione delle condizioni di partecipazione alla gara, una discriminazione a favore di un’impresa.

Risposta: Si ritiene l’osservazione proposta accettabile e pertanto è possibile presentare un indicatore a doppia area di lettura.

Quesito 2)

Lotto n. 2 indicatore chimico a migrazione per sterilizzazione a vapore

Nel Capitolato tecnico viene richiesto un indicatore di classe 4.

Risposta: E’ accettabile la classe 5.

Quesito 3)

Lotto n. 9: indicatori biologici per gas plasma

Le conformità richieste non sono applicabili agli indicatori biologici

Risposta: I concorrenti possono proporre i propri indicatori biologici con le conformità proprie.

Quesito 4)

Lotto n. 14: dispositivo per il controllo dei carichi cavi

Le conformità richieste non sono applicabili agli indicatori biologici

Risposta: I concorrenti possono proporre i propri dispositivi con le conformità proprie.

Quesito 5)

Lotto n. 18: sigillo di sicurezza in plastica p/chiusura container, monouso

Al fine di identificare i sigilli da offrire si richiede un elenco dei modelli di containers in uso.

Risposta: si richiedono sigilli universali, per verificare le disponibilità del mercato.

Quesito 6)

Lotto n. 10: materiale vario di consumo per sterilizzatrici a gas plasma

Si richiede se possibile offrire più di un prodotto senza che ciò si configuri come un’alternativa, non essendo da un lato specificato nel Capitolato le misure degli adattatori e dall’altro essendo installati presso i vostri PP.OO. tre diversi tipi di sterilizzatrici a gas plasma.

Risposta: la ditta può offrire più di un prodotto per le singole varie macchine, purchè nell'offerta tecnica elenchi i vari codici e nell'offerta economica sia indicato un unico prezzo.

Quesito 7

Lotto n. 8: rotolo in tyvek per sterilizzazione a gas plasma

Si necessita di un chiarimento in ordine all'unità di misura di riferimento per la determinazione del prezzo unitario (pz o mt)

Risposta: L'unità di misura già prevista in capitolato è riferita a metro.

Quesito 8

Lotto n. 15: vassoi in polipropilene

Domande varie

Risposta: In relazione alle varie domande si precisa che:

-trattasi di contenitori per il materiale da sterilizzare, resistenti alle varie procedure di sterilizzazione (vapore, gas plasma).

-non devono essere muniti di forature o filtri o valvole per permettere il passaggio dell'agente sterilizzante.

-sono destinati alla composizione di kit chirurgici.

-le misure indicate non sono vincolanti;sono accettabili margini di tolleranza nei limiti dei volumi totali richiesti.

-non debbono essere corredate di coperchio.

QUESITI PUBBLICATI IN DATA 29 giugno 2010

Quesito 9)

Lotto n. 17 :teli ad alta assorbenza

Viene richiesta la misura da offrire.

Risposta: la misura richiesta è per container di cm. 30 x 60

Quesito 10)

Allegato 3c alle norme di partecipazione, punto 18 clinicamente pulito

Cosa si intende per clinicamente pulito?

Risposta: per clinicamente pulito si intendono prodotti privi di contaminazioni microbiche o flora batterica

Quesito 11)

Lotto n. 5 foglio in polipropilene , voce c) foglio temosaldato da circa 80-100gr.

Quale è la richiesta reale , visto che nella riga successiva si riporta 90-100 gr.?

Risposta: la grammatura corretta richiesta è di 90-100 grammi.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
DOTT. GIACOMO SALVITI